

Assunto: **ESCLARECIMENTO, PE 06.007/2021**
De: Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>
Para: licitacao@gualuba.ce.gov.br <licitacao@gualuba.ce.gov.br>
Cc: Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>
Data: 02/12/2021 11:52

web



Prezados, bom dia!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: PE 06.007/2021 – ITEM 28: "ELETROCARDIÓGRAFO"

Para o item 28, é requisitado que o eletrocardiógrafo possua: "impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4". Entretanto, não é comum a impressão de apenas 1 canal em tamanho A4 equipamentos com as características especificadas, além de inviável a sua utilização para grande parte dos diagnósticos médicos. Desta forma, questionamos, serão aceitos equipamentos que permitem impressão de 3,6 e 12 canais em papel termossensível A4?

Além disso, é descrito: "Baixo custo de impressão, Função grade permite o uso de papel fax" e "Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax)". Sabendo que o uso de papel fax se tornou obsoleto, indagamos, serão aceitas tecnologias que possuem impressora termossensível acoplada para impressão em formato A4 e permita ainda, conexão com impressora a laser externa da instituição por USB?

Aguardo um retorno,
Atenciosamente,



Bruna Padovan Marcondes dos Santos
Engenheira Biomédica – Trainee Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.
Rua Mirassol, 310 - Vila Clementino
04044-010 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 11 5081-7190/ +55 11 5539-0746
www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizada desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brazil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.