

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original

981251.60072021 .113540 .4498 .21424693752



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1**  
Nº 06007/2021 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 21 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2021/0208003 de 02/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 06.007/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 06007/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares e odontológicos para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Guaiúba/CE, tendo em vista Houveram recursos interpostos para os itens 16, 18 e 28, recursos que após julgamento foram acatados e julgados procedentes, motivo pelo qual será voltado a fase da licitação para os itens.

**Item: 16**

**Descrição:** Desfibrilador  
**Descrição Complementar:** Tipo: Externo Automático 0, Tipo Onda: Bifásica 0, Tempo Máximo Carga: Até 10 NaN, Memória: Gravação Ecg / Eventos / Rcp 0, Peso: Cerca De 3 NaN, Alimentação: Bateria Lítio 0, Componente: Pás Externas E Adesivas 0, Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto 0, Características Adicionais: Comando De Voz 0, Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta 0,  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 7  
**Valor Estimado:** R\$ 18.506,6300  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9.120,0000 e com valor negociado a R\$ 9.000,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

**Item: 18**

**Descrição:** Eletrocardiógrafo  
**Descrição Complementar:** Modelo: Portátil, Digital 0, Tipo: Bateria Interna Recarregável 0, Tipo Registro: 12 Derivações Simultâneas 0, Características Adicionais: Cabo Paciente, Software 0, Acessórios: Conexão Wireless Bluetooth C/ Pc, Cabo Interface 0,  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Quantidade:** 10  
**Valor Estimado:** R\$ 6.472,0000  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000 e com valor negociado a R\$ 6.472,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

**Item: 28**

**Descrição:** Módulo monitor multiparâmetro  
**Descrição Complementar:** Tipo De Análise: P/ Espirometria 0, Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento 0,  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 10  
**Valor Estimado:** R\$ 18.518,3300  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000 e com valor negociado a R\$ 18.518,3300 e a quantidade de 10 Unidade .

**Histórico**

**Item: 16 - Desfibrilador**

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	18/02/2022 09:41:08	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de	21/02/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA,

proposta	10:35:26	CNPJ/CPF: 21.579.468/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 10,0000. Motivo: Proposta manifestamente inexequível, conforme cláusula 13.1.1 do Edital.
Recusa de proposta	21/02/2022 10:36:27	Recusa da proposta. Fornecedor: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ/CPF: 03.620.716/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 7.300,0000. Motivo: Deixou de atender aos mínimos requisitos exigidos na especificação disposta no Termo de Referência, não comprovando o prazo de garantia de no mínimo 5 anos para o DEA – Desfibrilador Externo Automático
Desempate - Retorno do julgamento	21/02/2022 10:37:56	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	21/02/2022 10:37:56	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	21/02/2022 10:42:57	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:42:56 de 21/02/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CPF/CNPJ: 31.131.938/0001-74.
Encerramento	21/02/2022 10:42:57	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	21/02/2022 10:50:45	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 8.320,0000. Motivo: O modelo I.ON não atende ao tempo máximo exigido, tendo uma demora maior para a prontidão da carga, desta forma, não atendendo ao mínimo estipulado em edital
Recusa de proposta	21/02/2022 10:56:54	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 8.340,0000. Motivo: O modelo LIFE 400 FUTURA da marca CMOS DRAKE não atende as exigências mínimas postadas no Termo de Referência.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2022 11:03:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56.
Aceite de proposta	21/02/2022 11:05:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 9.120,0000 e com valor negociado a R\$ 9.000,0000. Motivo: Negociado via chat
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2022 11:51:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56.
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 15:00:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 18 - Eletrocardiógrafo**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**



**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	18/02/2022 09:41:08	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	21/02/2022 11:06:34	Recusa da proposta. Fornecedor: AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: O modelo ofertado excede o peso máximo exigido no Termo de Referência.
Recusa de proposta	21/02/2022 11:08:33	Recusa da proposta. Fornecedor: NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACA, CNPJ/CPF: 20.782.880/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 4.899,8000. Motivo: O modelo CM1200B da marca COMEN não atende as exigências mínimas postadas no Termo de Referência, por exceder o peso máximo exigido.
Recusa de proposta	21/02/2022 11:13:08	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 5.670,0000. Motivo: Licitante não anexou prospecto técnico juntamente com a Proposta Comercial, descumprindo o item 7.4.2.1 do Termo de referência.
Recusa de proposta	21/02/2022 11:16:23	Recusa da proposta. Fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 6.799,0000. Motivo: O equipamento ofertado ultrapassa os requisitos mínimos do Termo de Referência, o modelo ofertado ECG-5512B da marca 3RAY ultrapassa a sensibilidade mínima permitida conforme especificação do item.
Aceite de proposta	21/02/2022 11:29:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000. Motivo: Negociando valor no Chat
Negociação de valor	21/02/2022 11:30:31	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000 e com valor negociado a R\$ 6.472,0000. Motivo: Negociação via chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2022 11:30:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56.
Encerramento	21/02/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI.

*[Handwritten signature]*

do prazo - 11:53:41 CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56.  
Convocação  
anexo

Habilitação de 21/02/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - CNPJ/CPF:  
fornecedor 15:00:42 10.769.989/0001-56

**Não existem intenções de recurso para o item**



**Item: 28 - Módulo monitor multiparâmetro**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	18/02/2022 09:41:08	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	21/02/2022 11:21:06	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 11.860,0000. Motivo: O modelo K12 excede o peso máximo permitido, conforme especificação do Termo de Referência.
Recusa de proposta	21/02/2022 11:24:51	Recusa da proposta. Fornecedor: AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.889.652/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 12.600,0000. Motivo: Produto ofertado não atende aos requisitos do Termo de Referência, o equipamento não possui tecnologia de compatibilidade com Controle Remoto e não compreende a possibilidade de visualização de 08 leitos no mesmo monitor sem a necessidade de uma central de monitorização.
Recusa de proposta	21/02/2022 11:27:57	Recusa da proposta. Fornecedor: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 13.290,0000. Motivo: Produto ofertado não atende aos requisitos do Termo de Referência, não possui tecnologia de compatibilidade com Controle Remoto e não compreende a possibilidade de visualização de 08 leitos no mesmo monitor sem a necessidade de uma central de monitorização, não tem a tecnologia Delta PP/VPP.
Recusa de proposta	21/02/2022 11:32:20	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 14.750,0000. Motivo: Licitante não anexou prospecto técnico juntamente com a Proposta Comercial nem inseriu descrição detalhado do objeto ofertado, descumprindo o item 7.4.2.1 do Termo de referência e 11.2.4 do Edital
Recusa de proposta	21/02/2022 11:37:25	Recusa da proposta. Fornecedor: NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACA, CNPJ/CPF: 20.782.880/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 15.999,0000. Motivo: Equipamento não atende aos requisitos do Termo de Referência, não tem a possibilidade de visualização de outros 8 leitos no mínimo no mesmo monitor, sem a necessidade de uma central de monitorização, Não utiliza o parâmetro de Delta PP/VPP, modelo citado não contempla a 300mmHg as suas faixas de PNI
Recusa de proposta	21/02/2022 11:38:37	Recusa da proposta. Fornecedor: BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MEDICOS, CNPJ/CPF: 36.159.799/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 16.580,0000. Motivo: Anexou proposta incorreta no sistema, no qual não permite a análise da mesma
Aceite de proposta	21/02/2022 11:56:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000 e com valor negociado a R\$ 18.518,3300. Motivo: Negociando valor
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/02/2022 11:57:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/02/2022 11:59:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56.
Habilitação de fornecedor	21/02/2022 15:00:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	18/02/2022 09:41:08	Este pregão foi reagendado para 21/02/2022 10:00.
Sistema	18/02/2022 09:41:08	Sr(s) fornecedor(es), os itens 16, 18 e 28 estão retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	21/02/2022 09:59:01	Senhores Licitantes bom dia
Pregoeiro	21/02/2022 10:03:48	Após a fase de recurso a licitação terá prosseguimento na data de hoje
Pregoeiro	21/02/2022 10:04:09	Para os itens 16, 18 e 28
Pregoeiro	21/02/2022	Conforme cláusula 16.4 do Edital, o acolhimento de recurso importará na invalidação

	10:19:04	apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
Pregoeiro	21/02/2022 10:27:45	Após a análise das propostas a proposta aceita será convocada para negociação de preços
Pregoeiro	21/02/2022 10:28:03	Iremos começar com o item 16, permaneçam conectados
Sistema	21/02/2022 10:37:56	O item 16 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/02/2022 10:37:56	Sr. Fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CPF/CNPJ 31.131.938/0001-74, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16 até às 10:42:56 do dia 21/02/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/02/2022 10:42:57	O item 16 teve o 1º desempate encerrado às 10:42:56 de 21/02/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CPF/CNPJ 31.131.938/0001-74.
Sistema	21/02/2022 10:42:57	O item 16 está encerrado.
Pregoeiro	21/02/2022 10:57:13	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Senhor licitante, Bom dia
Pregoeiro	21/02/2022 10:57:24	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Temos margem para negociação no item 16?
10.769.989/0001-56	21/02/2022 10:58:00	Bom dia
10.769.989/0001-56	21/02/2022 10:58:14	Só um minuto por favor que verificarei com meu gerente comercial
10.769.989/0001-56	21/02/2022 11:00:29	Sr. Pregoeiro. conseguimos fazer cada equipamento a R\$ 9.000,00, totalizando R\$ 63.000,00 para este item. Agradeço a sua atenção e fico no aguardo das demais convocações para apresentação da proposta readequada.
Sistema	21/02/2022 11:03:18	Senhor fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	21/02/2022 11:03:50	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Enviar proposta readequada para o item no prazo de até 2(duas) horas, conforme cláusula 12.13 do Edital
10.769.989/0001-56	21/02/2022 11:04:33	Ok, enviarei a proposta readequada. Será necessário enviar a documentação atualizada?
Pregoeiro	21/02/2022 11:16:48	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Senhor licitante, sua oferta para o item 18 está acima do estimado
Pregoeiro	21/02/2022 11:17:43	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Podemos negociar para o um valor mais vantajoso e adequado ao nosso estimado?
10.769.989/0001-56	21/02/2022 11:20:37	Só um minuto
10.769.989/0001-56	21/02/2022 11:20:55	Qual o valor estimado por favor?
10.769.989/0001-56	21/02/2022 11:22:02	Não tem no edital o valor estimado. Me informe por favor que já vejo com meu gerente comercial. Obrigado
Pregoeiro	21/02/2022 11:25:19	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Valor estimado: 6472,00
Pregoeiro	21/02/2022 11:25:31	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Valor ofertado: 6.800,00
10.769.989/0001-56	21/02/2022 11:26:24	Só um minuto por favor
10.769.989/0001-56	21/02/2022 11:28:11	Conseguimos fazer a R\$ 6.472,00 cada um, totalizando R\$ 64.720,00. Agradeço a sua atenção!
Pregoeiro	21/02/2022 11:29:13	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Enviar proposta readequada para o item no prazo de até 02 (duas) horas.
Sistema	21/02/2022 11:30:45	Senhor fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
10.769.989/0001-56	21/02/2022 11:31:04	Ok
Pregoeiro	21/02/2022 11:39:48	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Senhor licitante, sua proposta para o item 28, está acima do estimado. Estimado: 18.518,33, ofertado: 21.000,00. Solicito envio de proposta com valor menor
10.769.989/0001-56	21/02/2022 11:40:59	Só um minuto
Pregoeiro	21/02/2022 11:50:52	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - No aguardo
Sistema	21/02/2022 11:51:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, enviou o anexo para o item 16.
10.769.989/0001-56	21/02/2022 11:52:32	Sr. Pregoeiro, conseguimos baixar para o valor estimado de R\$ 18.518,33, totalizando R\$ 185.183,30 para este item.
Sistema	21/02/2022 11:53:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, enviou o anexo para o item 18.
Pregoeiro	21/02/2022	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Enviar proposta readequada para o item o





	11:55:46	prazo de até 02 duas horas
10.769.989/0001-56	21/02/2022 11:57:00	Ok, só abrir o campo que eu já anexo no sistema. Desde já, obrigado e me coloco à disposição.
Sistema	21/02/2022 11:57:10	Senhor fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	21/02/2022 11:59:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, enviou o anexo para o item 28.
10.769.989/0001-56	21/02/2022 12:00:11	Proposta readequada anexada para os 3 (três itens).
Pregoeiro	21/02/2022 12:03:42	Iremos passar para a análise de Habilitação
Pregoeiro	21/02/2022 12:04:07	A previsão para a retomada da sessão será a partir das 14:00 horas.
Pregoeiro	21/02/2022 13:24:36	A sessão será retomada a partir das 14:3 hrs
Pregoeiro	21/02/2022 13:24:57	14:30 hrs
Pregoeiro	21/02/2022 14:42:05	Estamos finalizado a análise, tempo previsto: mais 20 minutos
Sistema	21/02/2022 15:00:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	21/02/2022 15:00:56	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/02/2022 às 15:30:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	18/02/2022 09:41:08	Houveram recursos interpostos para os itens 16, 18 e 28, recursos que após julgamento foram acatados e julgados procedentes, motivo pelo qual será voltado a fase da licitação para os itens. Reagendado para: 21/02/2022 10:00
Abertura do prazo	21/02/2022 15:00:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/02/2022 15:00:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/02/2022 às 15:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:30 horas do dia 21 de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  
**HAROLDO SOUSA GOMES**  
**Pregoeiro Oficial**

  
**DARLY DE PAULO ROSA**  
**Equipe de Apoio**

  
**FABIANA MARTINS TORRES**  
**Equipe de Apoio**



[Ver Ata Original](#)

 **Imprimir o Relatório**

[Voltar](#)

