



PREGÃO ELETRÔNICO Nº2021.10.01.01
 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
 ABERTURA DIA 28/01/2022
 HORARIO ÀS 09:30 (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS)

| PROPOSTA DE PREÇOS | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|---|--------------------|----------------|----------|---------------------------------------|-----|-----------|--|
| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Marca / Fabricante | Valor Unitário | | Valor Total | | | |
| 4 | 2 | Unid. | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ASPIRADOR DE SECREÇÃO, PORTÁTIL, COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO LIVRE DE APROXIMADAMENTE 30 L/MIN. DEVERÁ CONTER FRASCO INQUEBRÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSPARENTE, GRADUADO, COM BOCA LARGA E CAPACIDADE MÍNIMA DE RESERVATÓRIO DE 03 LITROS. TAMPA DO FRASCO COM VEDAÇÃO HERMÉTICA E AUTOCLAVÁVEL VACUÔMETRO DE 0 A 76 CMHG E BOMBA ISENTA DE ÓLEO. CONTROLE DE VÁCUO DE 0 A 60 CMHG. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR NO PAINEL COM POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO POR PEDAL. GABINETE RESISTENTE À CORROSÃO COM RODÍZIOS E COM FREIO. FILTRO DE AR. PROTEÇÃO CONTRA EXTRAVASAMENTO OU COM LIMITADOR DE NÍVEL. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA NA MÍNIMA DE 01 ANO. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE SILICONE COM METRAGEM MÍNIMA DE 1,50 M, MANUAL DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO COM O MESMO CONTEÚDO APRESENTADO À ANVISA | MD / DV-350 | R\$ | 7.900,00 | sete mil e novecentos reais | R\$ | 15.800,00 | quinze mil e oitocentos reais |
| 5 | 1 | Unid. | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDA NO MÍNIMO: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO OU ACRÍLICA COM MEDIDA SUPERIOR 55CM CAPACIDADES 16 KG' DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA;PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ 3HAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA HOMOLOGADAS PELO INMETRO E VERIFICADAS PELO IPEM. | WELMY | R\$ | 1.200,00 | mil e duzentos reais | R\$ | 1.200,00 | mil e duzentos reais |
| 8 | 2 | Unid. | CADEIRA DE RODAS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDA NO MÍNIMO:FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL. COM ENCOSTO ALMOFADADO, ASSENTO ALMOFADADO EM NYLON, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, X DUPLO REFORÇADO NA ESTRUTURA, APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS INFLÁVEIS E DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS. RODAS TRASEIRAS REMOVÍVEIS PROTETOR DE RAIOS E PROTETOR LATERAL DE ROUPA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 50 CM.PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM: ALTURA ENCOSTO: 40 CM: ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM. CAPACIDADE DE PESO: 120 KG | CDS | R\$ | 1.982,00 | mil novecentos e oitenta e dois reais | R\$ | 3.964,00 | três mil, novecentos e sessenta e quatro reais |
| 9 | 1 | Unid. | CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS (ADULTO) 'CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO: DOBRÁVEL; BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; ENCOSTO PADRÃO EM NYLON, ACENTO EM TECIDO DE NYLON, COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 05 (CINCO) CM DE ESPESSURA, FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO PARA FIXAÇÃO; GRANDES RODAS TRASEIRAS COM AROS DE PROPULSAÇÃO, PNEUS TRASEIROS MACIÇOS; PEQUENAS RODAS DIANTEIRAS COM PNEUS MACIÇOS; FREIO BILATERAL; APOIOS REMOVÍVEIS E ELEVÁVEIS PARA OS PÉS E PERNAS SUPORTE PARA PANTURRILHAS E/OU POSTERIOR AO CALCANHAR COM CINTO PÉLVICO, COM PROTETOR LATERAL DE ROUPA. TOLERÂNCIA DE PESO' 160KG | MA3F0 | R\$ | 3.590,00 | três mil, quinhentos e noventa reais | R\$ | 3.590,00 | três mil, quinhentos e noventa reais |
| 11 | 2 | Unid. | CARRO MACA SIMPLES CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS INOXDAVEL COM ACABAMENTO POLIDO (GRADES). RODAS GIRATÓRIAS DE 6 DE DIÂMETRO (MÍNIMO), SENDO DUAS COM FREIO EM DIAGONAL. LEITO REMOVEL M CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL N ° 20 PADRÃO 304GRADES LATERAIS EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL E PARA CHOQUE DE POLIETILENO EM TODA VOLTA. CABECEIRA REGULÁVEL ALTURA POR MEIO DE CREMALHEIRAS. ACESSÓRIOS: 01 SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL E 01 COLCHONETE REVESTIDO EM VAIPA COM ZIPER, DIMENSÕES PROXIMADAMENTE: 0.60M LARGURA X 1.90 DE COMPRIMENTO X 0.80M ALTURA | QUALITY | R\$ | 1.900,00 | mil e novecentos reais | R\$ | 3.800,00 | três mil e oitocentos reais |
| 12 | 1 | Unid. | CARRO DE CURATIVO ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDA NO MÍNIMO: ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 20x 20 x 20 x 1.2MM: TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 0,75MM GRADES EM TODA VOLTA; SUPORTE PARA BALDE E BACIA: RODÍZIOS DE 50MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA BALDE E BACIA INOX. | QUALITY | R\$ | 1.400,00 | mil e quatrocentos reais | R\$ | 1.400,00 | mil e quatrocentos reais |
| 22 | 1 | Unid. | FOCO REFLETOR CLÍNICO. REFLETOR CLINICO AMBULATORIAL COM ESPELHO, ILUMINAÇÃO DE LED, LÂMPADA DE 50 W, HASTE FLEXÍVEL CROMADA, BASE COM 5 RODÍZIOS, CABO DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 3 METROS, TOMADA TRIPOLAR COM ATERRAMENTO, TENSÃO 110/220 V. | QUALITY | R\$ | 700,00 | setecentos reais | R\$ | 700,00 | setecentos reais |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|----------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|
| 28 | 2 | Unid. | MESA MAYO BANDEJA DE INOX PARA CURATIVOS MATERIAL: AÇO INOX POLIDO; ALTURA MÍNIMA: 60CM; ALTURA MÁXIMA: 110CM; MEDIDAS DA BANDEJA: 45X35CM. | QUALITY | R\$ 600,00 | seiscentos reais | R\$ 1.200,00 | mil e duzentos reais |
| 30 | 1 | Unid. | NEGATOSCOPIO DUPLO NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS, PARA PAREDE. EM AÇO INOX. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX; PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA, PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM AÇO INOX; LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LÂMPADAS FLUORESCENTES; DIMENSÕES: 0,70M LARGURA X 0.50M ALTURA X 0.11M PROFUNDIDADE. ALIMENTAÇÃO 220V. | QUALITY | R\$ 1.050,00 | mil e cinquenta reais | R\$ 1.050,00 | mil e cinquenta reais |
| 33 | 2 | Unid. | REANIMADOR MANUAL DE SILICONE AMBU INFANTIL. BOLSA DE PAREDE ÚNICA EM SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTO INFLÁVEL. VÁLVULA DE ADMISSÃO PARA OXIGÊNIO. CAPACIDADE DE 500 A 700ML. VÁLVULA UNIDIRECIONAL. QUE IMPEÇA O REFLUXO. VÁLVULA NSPIRATÓRIA. VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO EM 40 CMH2O (DISPONÍVEL NAS VERSÕES PEDIÁTRICA E NEONATAL). RESERVATÓRIO FECHADO DE O2 REUTILIZÁVEL, EM PVC (AUTOCLAVÁVEL). O VOLUME DEVERÁ SER ENTRE 1600 A 2000 ML(+/- 5%); MÁSCARA FACIAL TRANSPARENTE DE SILICONE TAMANHOS PVI, G. AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO | FARMATEX | R\$ 250,00 | duzentos e cinquenta reais | R\$ 500,00 | quinhentos reais |
| 34 | 1 | Unid. | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO MATERIAL SILICONE, TIPO AUTOCLAVÁVEL. VOLUME 1600 ML CAPACIDADE RESERVATÓRIO COM 2500 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS1 VALVULA INSPIRATÓRIA UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP. COMPONENTES MÁSCARA TRANSPARENTE SILICONE, TAMANHO ADULTO ACESSÓRIO PARA O2, DESMONTÁVEL | FARMATEX | R\$ 250,00 | duzentos e cinquenta reais | R\$ 250,00 | duzentos e cinquenta reais |
| 36 | 1 | Unid. | SUPORTE DE SORO DE CHÃO ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDA NO MÍNIMO: BASE, HASTE E COLUNA EM TUBO DE AÇO INOX DE 22,22 X 1,2MM. COM 4 GANCHOS, ALTURA REGULÁVEL PES COM QUATRO RODÍZIOS DE 50MM, DIMENSÕES ALTURA MAXIMA 2,50M X ALTURA MINIMA 1,80M | QUALITY | R\$ 550,00 | quinhentos e cinquenta reais | R\$ 550,00 | quinhentos e cinquenta reais |
| VALOR TOTAL | | | | | | | R\$ | 33.954,00 |
| TRINTA E TRES MIL NOVECENTOS E CIQUENTA E QUATRO REAIS | | | | | | | | |

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

- a) Procedência: **Nacional**
b) Prazo de entrega: **Conforme Edital**;
c) Local de entrega: **Conforme Edital**;
d) Condições de pagamento: **Conforme Edital**
e) Validade da Proposta: **Conforme o Edital**
f) Validade dos Produtos : **Conforme Edital**

Declaramos que:

- Os produtos são de primeira qualidade;
- Nos preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir.
- Que conhecemos e concordamos com as condições estabelecidas neste Edital e que atende aos requisitos de habilitação.
- Nos comprometemos há entregar dentro do município de Salitre, Ceará, sem custos adicionais.
- Que caso sejamos vencedor do presente certame, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento e que cumprimos com diligência a fiel observância de execução dos itens descritos no Termo de

Teresina-PI, 28 de Janeiro de 2022.





EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA

Pinhais, 28 de janeiro de 2022.

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GUAÍUBA - CE

38.408.899/0001-59

CAD. ICMS: 90860969-75

EQUIMED EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

RUA GRAÇA ARANHA, 875, BRÇÃO. 01 - SALA E
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020

PINHAISS - PR



PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6008/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.10.01.01

ABERTURA: 28/01/2022
HORÁRIO: 09:00

Razão Social: Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

CNPJ: 38.408.899/0001-59 - Inscrição Estadual: 90860969-75

Sócio: Sérgio Edelberto Válerio Júnior

CPE: 039.410.899-00 RG: 8.061.540-0/SESP/PR

Endereço Comercial: Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 1, Sala E, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Dados Bancários:

Banco do Brasil Caixa Economica Federal

Ag 1622-5

Ag 1630 - Op 003

C/C: 89000-6

C/C 3171-5

Banco Bradesco

Ag 01205

C/C 14338-3

Contatos: telefone: (41) 3667-9820 - e-mail: equimed@uol.com.br

Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Micro Empresa, conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS

| I | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | Marca/Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº | PREÇO | |
|----|------|------|---|--|----------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 04 | 2 | UND | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ASPIRADOR DE SECREÇÃO, PORTÁTIL, COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO LIVRE DE APROXIMADAMENTE 30 L/MIN. DEVERÁ CONTER FRASCO INQUEBRÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSPARENTE, GRADUADO, COM BOCA LARGA E CAPACIDADE MÍNIMA DE RESERVATÓRIO DE 03 LITROS. TAMPA DO FRASCO COM VEDAÇÃO HERMÉTICA E AUTOCLAVÁVEL VACUÔMETRO DE 0 A 76 CMHG E BOMBA ISENTA DE ÓLEO. CONTROLE DE VÁCUO DE 0 A 60 CMHG. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR NO PAINEL COM POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO POR PEDAL. GABINETE RESISTENTE Á CORROSÃO COM RODÍZIOS E COM FREIO. FILTRO DE AR. PROTEÇÃO CONTRA EXTRAVASAMENTO OU COM LIMITADOR DE NÍVEL. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA NA MÍNIMA DE 01 ANO. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE SILICONE COM METRAGEM MÍNIMA DE 1.50 M. MANUAL DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO COM O MESMO CONTEÚDO APRESENTADO Á ANVISA. | NSR/ NSR IND. COM. E REPR. LTDA. -BR/ 14014POC/ 80112550003 | 3.200,00 | 6.400,00 |

Rua Graça Aranha, nº 875 | Barracão 01 Sala E | Vargem Grande | Pinhais-PR | CEP 83.321-020




EQUIPAMENTOS MÉDICAS
HOSPITALARES LTDA



38.408.899/0001-59
CAD. ICMS: 90860969-75
EQUIMED EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
RUA GRAÇA ARANHA, 875, BRCÃO. 01 - SALA E
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020

FINANÇAS DE

| | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|-----------|-----------|
| 07 | 3 | UND | <p>BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PARA INFUSÕES PARENTERAIS, QUE FUNCIONA POR MECANISMO PERISTÁLTICO CIRCULAR OU LINEAR OU CASSETE E QUE TENHA AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - INFUSÕES PARENTERAIS PARA PACIENTES ADULTO E NEONATO EM UM MESMO EQUIPAMENTO; - VARIAÇÕES DE VOLUME DE INFUSÃO DE 1 A 9.999ML (COM INCREMENTOS A PARTIR DE 1ML); - COM VARIAÇÕES DE FLUXO DE INFUSÃO DE 0,1ML/H A 99,9ML/H (COM INCREMENTOS A PARTIR DE 0,1 ML/H) PARA PACIENTE NEONATOS E DE 1ML/H A 999ML/H (COM INCREMENTOS A PARTIR DE 1ML/H) PARA PACIENTE ADULTO; - PERMITA A PROGRAMAÇÃO VOLUME DE INFUSÃO X TEMPO X FLUXO; - RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CONTROLE DA INFUSÃO; - ALTERAÇÃO RÁPIDA DO FLUXO PROGRAMADO, SEM INTERRUPTÃO DA INFUSÃO EM ANDAMENTO; - INTERRUPTÃO DA PROGRAMAÇÃO EM CURSO, POR CURTO OU LONGO PERÍODO DE TEMPO, MANTENDO TODOS OS PARÂMETROS DA INFUSÃO INTERROMPIDA; - ZERAR VOLUME INFUNDIDO, MANTENDO O VOLUME TOTAL, DURANTE A MESMA PROGRAMAÇÃO; - POSSIBILIDADE DE AJUSTAR VOLUME DO ALARME; - REPETIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE REALIZAR NOVA PROGRAMAÇÃO QUANDO OS PARÂMETROS DA ÚLTIMA INFUSÃO SÃO MANTIDOS (VOLUME DE INFUSÃO, FLUXO OU TEMPO); - SEGURANÇA DURANTE SITUAÇÕES DE ALARME, ATRAVÉS DE INDICADORES VISUAIS QUE ORIENTAM O USUÁRIO SOBRE SUAS CAUSAS E MEDIDAS CORRETIVAS; - DEVE POSSUIR TRAVA DE TECLADO; - DEVE POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA CONTRA VAZÃO LIVRO NO EQUIPO; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 100 A 240V-50/60HZ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; - EMPILHAMENTO EM ATÉ 3 UNIDADES SEM NECESSIDADE DE SUPORTES/ACESSÓRIO OU QUE POSSUA MÚLTIPLOS CANAIS; - POSSUA PRÉ-ALARME PARA AO MENOS NAS FUNÇÕES DE TÉRMINO DE INFUSÃO, CARGA DE BATERIA E OCLUSÃO; - FUNCIONAMENTO EM BATERIA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 6 HORAS EM FLUXO DE 100ML/H PARA ADEQUADA SEGURANÇA DA INFUSÃO, POSSUA AINDA UM SISTEMA DE ALARMES VISUAL E SONORO DE: - AR NA LINHA, - FIM DE INFUSÃO, PARA AVISAR O TÉRMINO DA INFUSÃO PROGRAMADA, - AVISAR EVENTO DE TÉRMINO DA SOLUÇÃO DE INFUSÃO OU OCLUSÃO DA VIA, - VAZÃO LIVRE, PARA AVISAR EVENTO DE FLUXO ACIMA DO PROGRAMADO, - KVO, PARA AVISAR QUE A INFUSÃO NECESSITA DE INTERVENÇÃO PARA EXECUTAR A INFUSÃO PROGRAMADA E MANTÉM O FLUXO EM 1ML/H OU MENOR, DE ACORDO COM O FLUXO PROGRAMADO, - BATERIA, PARA AVISAR QUE A CARGA DE BATERIA ESTÁ BAIXA. - PRECISÃO >= 95%. - COM PESO MÁXIMO DE 2,9KG - COM BATERIA PARA BOMBA MONOCANAL E ATÉ 6,5 KG PARA BOMBAS DE MÚLTIPLO CANAL OU QUANDO EMPILHÁVEL EM 3 UNIDADES, - TEMPO MÁXIMO DE RECARGA DA</p> | <p>HAWKMED/ SHENZHEN HAWK MED. INSTR. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/ HK-100II/ 80102512510</p> | 12.200,00 | 36.600,00 |
|----|---|-----|--|--|-----------|-----------|



EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA




38.408.899/0001-59

CAD. ICMS: 90860969-75

EQUIMED EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875, BARRACÃO. 01 - SALA E
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020

| | | | BATERIA EM 6 HORAS, - ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS OS ÚLTIMOS 1.400 REGISTROS DE OPERAÇÃO. | | | |
|----|---|-----|---|---|-----------|-----------|
| 17 | 4 | UND | DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS/ DETECTOR FETAL/ SONA EQUIPAMENTO DE USO OBSTÉTRICO, NÃO INVASIVO, PARA AVALIAÇÃO POR MEIO DE AUSCULTA DE SINAIS VITAIS FETAIS. TIPO: PORTÁTIL. TECNOLOGIA: DIGITAL. DOPPLER FETAL PORTÁTIL PARA DETECÇÃO AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAL A PARTIR DA 10ª - 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, TAMANHO ERGONÔMICO, PESO TOTAL COM TRANSDUTOR DE ATÉ 300GS, LEITURA POR MÉTODO ULTRASSOM ATRAVÉS DE UM TRANSDUTOR COM FREQUÊNCIA NOMINAL APROXIMADA DE 2.0MHZ E FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DE 2.0MHZ, ALTO FALANTE EMBUTIDO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 5,0W. GABINETE PLÁSTICO/ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM ENCAIXE PARA FIXAÇÃO DA SONDA DOPPLER (TRANSDUTOR). DEVE TER TELA DE LCD COLORIDA, COM INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA, RITMO E BATIMENTO CARDÍACO (BCF) NA FAIXA DE 30 A 240 BPM. VALORES NÚMEROS E DE ONDA DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR E COMPUTADOR. POSSUIR ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. PERMITIR O FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS E TAMBÉM O USO DE BATERIA RECARREGÁVEL DE ALIMENTAÇÃO 220V -60HZ- COM CABO DE FORÇA DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT. DEVE ACOMPANHAR: 01 FONE DE OUVIDO, TRANSDUTOR (SONDA DOPPLER) 2 MHZ; CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUÊS. | JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co.,Ltd. - CHINA, REP. POP/ JPD-100B/ 80901110024 | 720,00 | 2.880,00 |
| | 2 | UND | LARINGOSCÓPIO - KIT COMPLETO, EM AÇO INOX. CONTENDO UM CABO DE LARINGOSCÓPIO E LAMINAS DE TODAS AS NUMERAÇÕES (00, 0, 1, 2, 3, 4,5) CURVAS E RETAS. LÂMPADA GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | JG MORIYA/ HAY MED INSTR. CONVENCIONAL/ 10349590155 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 29 | 1 | UND | MONITOR MULTIPARAMETROS MONITOR COMPACTO DE FACIL MANUSEIO.COM PARAMETROS BÁSICOS PRÉ CONFIGURADOS E CAPACIDADE MODULAR PARA EXPANSÃO DE PARAMETROS MAIS AVANÇADOS PARA USO ADULTO. PEDIATRICO E NEONATAL USO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, CENTRO CIRURGICO, SALA DE RECUPERAÇÃO, EMERGENCIA, RESGATE, UNIDADE DE INTERNAÇÃO, ENTRE OUTROS OPERAÇÃO SIMPLES INTUITIVA RÁPIDA, SEGURA É DE FACIL TREINAMENTO. CONSTITUIDO DE UM ÚNICO CORPO, TELA LCD COLORIDA, QUE PERMITE CONGELAMENTO DE IMAGEM E AMPLA VISUALIZAÇÃO DOS PARAMETROS, CURVAS E VALORES, ALEM DE ALARMES PROGRAMÁVEIS A DEPENDER DOS PARAMETROS INSTALADOS SISTEMA MULTI-TELAS QUE PERMITE DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE VISUALIZAÇÃO DOS PARÁMETROS PICADA PACIENTE TELA COM DIGITOS GRANDES DE FÁCIL LEITURA EM MÉDIA E LONGA DISTANCIA BATERIA INTERNA INCLUSA, | CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/ K12/ 80901110026 | 22.000,00 | 22.000,00 |



EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA



38.408.899/0001-58
CAD. ICMS: 90860969-75
EQUIMED EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875, BARRACÃO 01 - SALA E
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020

DINHAIS, 25

| | | | | | | |
|----|---|-----|---|--|----------|----------|
| | | | RECARREGÁVEL DO TIPO LÍTIO ION COM INDICAÇÃO DE CONDIÇÃO DE CARGA RESTANTE NA TELA. ARMAZENA DADOS DE TENDENCIA GRÁFICA E TABULAR DOS PARAMETROS MONITORADOS POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO AC DE 110/220 VAC COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA: DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO C/ INDICAÇÃO SONORA E VISUAL COMANDO P/ INTERRUPTÃO TEMPORÁRIA DE ALARMES SONOROS PERMITE SER LIGADO DE ACORDO COM A ÚLTIMA PROGRAMAÇÃO MEMORIZADA AO DESLIGAR E TAMBEM COM PARAMETROS DE FABRICA. INIBIÇÃO E/OU SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ALARMES SONOROS INDEPENDENTES PARA CADA PARAMETRO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O MONITOR CABO DE ALIMENTAÇÃO PRETO-250V BATERIA DE LÍTIO LB-08 (11.1V/4000MAH) CABO ECG DE 5 VIAS-IEC CLIPE SENSOR SPO2 DE DEDO ADULTO/PED REUTILIZÁVEL CABO EXTENSOR SPO2 MANGUEIRA PNI (3M) MANGUITO PNI ADULTO REUTILIZAVEL (25-35CM) SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUES. | | | |
| 31 | 2 | UND | OXIMETRO DE MESA PORTÁTIL - PARA MEDIDA DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, HOSPITALAR, NÃO-INVASIVO, MONITORIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA (PULSO PERIFÉRICO) E SPO2 (SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO), INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO, ALARMES CONFIGURÁVEIS PELO USUÁRIO, FAIXA DE MEDIÇÃO VARIA ENTRE 25 A 100% DE SPO2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 20 A 250 BPM, INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE PERFUSÃO SANGUÍNEA, APRESENTAÇÃO DA ONDA DE PLETISMOGRÁFICA, MEMORIA P/ PERMITIR ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE FONTE 220 VAC E FREQUÊNCIA 60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍN. DE APROX. 8 HORAS EM OPERAÇÃO CONTINUA; DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 03 CABOS DE SENSORES SPO2, SENDO 1 DELES PARA USO EM PACIENTES NEONATAIS. FORNECER MANUAL DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO. FORNECER DE TODOS OS CABOS, CONEXÕES, ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. | CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/ SP- 20/ 80901119001 | 2.950,00 | 5.900,00 |
| 33 | 2 | UND | REANIMADOR MANUAL DE SILICONE AMBU INFANTIL. BOLSA DE PAREDE ÚNICA EM SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTO INFLÁVEL. VÁLVULA DE ADMISSÃO PARA OXIGÊNIO. CAPACIDADE DE 500 A 700ML. VÁLVULA UNIDIRECIONAL. QUE IMPEÇA O REFLUXO. VÁLVULA NSPIRATÓRIA. VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO EM 40 CMH2O (DISPONÍVEL NAS VERSÕES PEDIÁTRICA E NEONATAL). RESERVATÓRIO FECHADO DE 02 REUTILIZÁVEL, EM PVC (AUTOCLAVÁVEL). O VOLUME DEVERÁ SER ENTRE 1600 A 2000 ML(+/- 5%); MÁSCARA FACIAL TRANSPARENTE DE SILICONE TAMANHOS PVI, G. AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. | COMPOWER/ Xiamen Compower Med. Tech. CO., Ltd. - CHINA, REP. POP/ CP612111 PEDIÁTRICO/ 80901110012 | 300,00 | 600,00 |



EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA



38.408.899/0001-59
CAD. ICMS: 90860969-75
EQUIMED EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875, BARRACÃO 01 - SALA E
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020

| | | | | | | |
|--|---|-----|--|--|--------|-----------|
| 34 | 1 | UND | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO MATERIAL SILICONE, TIPO AUTOCLAVÁVEL, VOLUME 1600 ML CAPACIDADE RESERVATÓRIO COM 2500 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS1 VALVULA INSPIRATÓRIA UNIDIRECIONAL, VÁLVULA DE PEEP, COMPONENTES MÁSCARA TRANSPARENTE SILICONE, TAMANHO ADULTO ACESSÓRIO PARA 02, DESMONTÁVEL. | COMPOWER/ Xiamen Compower Med. Tech. CO., Ltd. - CHINA, REP. POP/ CP611111 ADULTO/ 80901110012 | 300,00 | 300,00 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: setenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais | | | | | TOTAL | 79.880,00 |


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 07 (sete) funcionários em minha empresa.


Sérgio Edelberto Valério Júnior

Sócio - Gerente

RG 8.061.540-0

CPF 039.410.899-00